

장비명 : LCR METER (LCR 메타)

관리번호 : 남해05B02-06 I 0028

1 기자재 사양

- 테스트 주파수 : 75kHz~30MHz
- 정확도 : 0.1%(D:0.0001%)
- 디스플레이 : LCR Dot - Matrix Type
- 고정도의 정확도와 대용량의 Bias를 제공
- 인터페이스 : GPIB

2 기자재 외형

모델명 : 4285A



3 기자재 활용 분야

- 전기전자 기초 측정장비
- 각종 전기전자 제품 개발 및 시험
- 정밀 전압 측정/전류 측정

4 구입정보 및 사용료

- 구입일자 : 2006.07.04.
- 구입비용 : 26,000,000원
- 보유대수 : 1EA
- 사용료(1일) : 12,480원